

INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE

Para 12® Plus is an assayed hematology control for evaluating the accuracy and precision of hematology instruments that provide a white blood cell differential.

SUMMARY AND PRINCIPLES

Laboratories require assayed material for quality control of automated, semi-automated and manual procedures that measure whole blood parameters. Daily use of this whole blood control provides quality control data for confirming the precision and accuracy of instrument operation or manual protocols.

Use of stabilized cell preparations for controlling hematology instrumentation is an established procedure. When handled like a patient sample and assayed on a properly calibrated and functioning instrument, Para 12 Plus will provide values within the expected range indicated on the assay sheet.

REAGENTS

This whole blood reagent may contain any or all of the following: stabilized human or mammalian red blood cells, human, mammalian or simulated white blood cells and a platelet component in a preservative medium.

PRECAUTIONS

1. For In Vitro Diagnostic Use.
2. CAUTION: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested in accordance with current FDA required tests. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents. See the Instructions (IFU) tab under Resources on the product page at [streck.com](#) for specific FDA required blood tests.
3. This product should not be disposed in general waste, but should be disposed with infectious medical waste. Disposal by incineration is recommended.
4. This product is intended for use as supplied. Adulteration by dilution or addition of any materials to the product as supplied invalidates any diagnostic use of the product.
5. Control products are not to be used as calibrators.
6. SDS can be obtained at [streck.com](#), by calling 800-843-0912, or by calling your local supplier.

STORAGE AND STABILITY

Para 12 Plus is stable through the expiration date when stored at 2 °C to 10 °C. After opening, Para 12 Plus is stable throughout the open-vial dating, as indicated on the assay sheet, when stored at 2 °C to 10 °C.

INDICATIONS OF PRODUCT DETERIORATION

Inability to obtain expected values may indicate product deterioration. Discoloration of the product may be caused by overheating or freezing during shipping or storage. Darkly colored supernatant may be indicative of product deterioration; however, moderately colored supernatant is normal and should not be confused with product deterioration. If the recovered values are not within the expected ranges:

1. Review control product package insert and the operating procedure of the instrument.
2. Check expiration date of Para 12 Plus. Discard outdated products.
3. Assay an unopened vial of Para 12 Plus. If the values are still outside the Expected Range, contact Streck Technical Services at 800-843-0912 or [technicalservices@streck.com](#).

INSTRUCTIONS FOR ONLINE ASSAY FILE DOWNLOAD

1. Insert a blank USB flash drive or 3½-inch floppy disk into the computer.
2. On the appropriate product page at [streck.com](#), click the link for the assay disk file with the corresponding lot number you are using.
3. When prompted, Click "Open" to download and open the file.
4. Once the file is opened, click "File" → "Extract All" or "Extract All..."
Note: Windows® 7 Users - Be sure the box reading "Show extracted files when complete" is unchecked.
5. Follow the "Extraction Wizard" (if applicable). Click on the "Browse" button to select an extract destination. Select the flash drive or floppy that was inserted in Step 1.
6. After the files have been extracted, safely remove the flash drive or floppy disk from the computer and insert into the appropriate instrument.
7. Refer to instrument operator's manual for assay file set up.

INSTRUCTIONS FOR USE

Important Notes:

- The vial label barcode is only for use on the CELL-DYN Ruby.
 - CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate solution must be thoroughly removed from the analyzer Wash Block and/or Probe before running control products.
1. Remove vials of control from the refrigerator and warm to room temperature (18 °C to 30 °C) for 15 minutes before use.
 2. To mix: (Do NOT mix mechanically or vortex.)
For a video demonstration, visit [streck.com/mixing](#).
 - a. Hold the vial vertically and roll each vial between the palms of the hands for 15-20 seconds.



- b. Continue to mix by holding the vial by the ends between the thumb and finger, rapidly inverting the vial 20 times end-over-end using a very quick turning motion of the wrist.



- c. Analyze immediately after mixing. Subsequent analyses during this test period may be performed by inverting the vial 5 times prior to instrument analysis.
- d. Steps a-c must be repeated upon removing the sample from the refrigerator for the entire open-vial time period regardless of the method of analysis (open tube, cap piercing, auto sample or manual sample).

3. Refer to the instrument manual for the system in use for analyzing control materials.
4. After sampling, return to refrigeration for maximum open-vial stability. If run in the open mode, wipe the threads of both vial and cap before replacing cap and returning to refrigeration.

LIMITATIONS

A manual differential analysis of white blood cells cannot be accomplished with Para 12 Plus. The white blood cell components simulate white blood cells in size, not morphology.

EXPECTED RESULTS

The mean assay values provided for each parameter are derived from replicate analyses on calibrated instruments as well as by manual reference methods. MCV and hematocrit values are not corrected for trapped plasma. The assay values are obtained using reagents recommended by instrument manufacturers and are to be used for instrument control; they are not absolute assays for calibration. Upon receipt of a new control lot, it is good laboratory practice that an individual laboratory establish its own mean and limits for each parameter. However, the control means established by the laboratory should fall within the expected range specified for the control. The expected ranges listed represent estimates of variation due to different laboratories, instrument calibration, maintenance, and operator technique.

Assay values and expected ranges for instruments not listed on the assay sheet must be established by the user. Per CLSI H26-A2¹ it is recommended that each level of control be run twice a day for 3-5 days to establish individual lab means for each measurand.

REFERENCES

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

QUALITY CONTROL PROGRAM

Streck offers STATS®, an interlaboratory quality control program, to all customers at no charge. For more information, contact the STATS Department at 800-898-9563 or [statsdata@streck.com](#). Additional information can be found at [streck.com](#).

ORDERING INFORMATION

Please call our Customer Service Department at 800-228-6090 for assistance. Additional information can be found online at [streck.com](#).

Rx Only

GLOSSARY OF SYMBOLS

See the Instructions (IFU) tab under Resources on the product page at [streck.com](#).

See [streck.com/patents](#) for patents that may be applicable to this product.



Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MEDI MARK® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

MODE D'EMPLOI

USAGE PREVU

Para 12® Plus est un test témoin d'hématologie permettant d'évaluer l'exactitude et la précision des appareils de mesure hématologique servant à fournir une formule leucocytaire.

SOMMAIRE ET PRINCIPES

Les laboratoires nécessitent un témoin pour le contrôle de qualité des procédures automatisées, semi-automatisées et manuelles de mesure des paramètres du sang entier. L'usage quotidien de ce test témoin fournit des données de contrôle de qualité permettant de confirmer la précision et l'exactitude du fonctionnement des appareils de mesure ou des protocoles manuels.

L'emploi de préparations de cellules stabilisées aux fins du contrôle des appareils de mesure hématologique est une procédure établie. S'il est manipulé comme un échantillon de patient et analysé sur un appareil de mesure correctement étalonné et en bon état de fonctionnement, Para 12 Plus fournit des valeurs dans la fourchette prévue telle que spécifiée par la fiche de test.

REACTIFS

Ces réactifs de sang entier peuvent contenir un ou plusieurs des éléments suivants : hématies stabilisées humaines ou mammaliennes, leucocytes humains, mammaliens ou simulés, et composant plaquettaire dans un milieu de conservation.

PRECAUTIONS

- Exclusivement pour un usage diagnostique in vitro.
- ATTENTION :** Tous les produits sanguins doivent être traités comme potentiellement infectieux. Le matériel d'origine à partir duquel ce produit est dérivé s'est avéré négatif après soumission aux tests actuellement exigés par la FDA. Aucune méthode de test connue ne peut garantir que les produits dérivés du sang humain ne transmettront pas d'agents infectieux. Consultez l'onglet Instructions (IFU) dans le menu Ressources sur la page produit affichée sur le site [streck.com](#) pour connaître les tests sanguins spécifiques exigés par la FDA.
- Après usage, ce produit doit être évacué avec les déchets médicaux infectieux (et non pas avec les déchets normaux). Une élimination par incinération est recommandée.
- Ce produit doit être utilisé tel qu'il a été fourni. La dilution ou le mélange avec toute autre substance enlève toute valeur diagnostique à ce produit.
- Les témoins ne doivent pas être utilisés comme calibrants.
- Les fiches techniques peuvent être obtenues sur le site [streck.com](#), en appelant le +1 402 691 7510 ou en appelant votre fournisseur local.

CONSERVATION ET STABILITE

Para 12 Plus est stable jusqu'à la date de péremption s'il est conservé à une température comprise entre 2 °C et 10 °C. Après ouverture, Para 12 Plus est stable pendant la période prescrite par la fiche d'essai pour un flacon ouvert, s'il est conservé entre 2 °C et 10 °C.

INDICATION DE DETERIORATION DU PRODUIT

L'incapacité à obtenir les valeurs escomptées peut indiquer une détérioration du produit. La décoloration du produit peut venir du fait qu'il a subi un excès de chaleur ou qu'il a gelé durant l'expédition ou la conservation. Un surnageant de couleur foncée peut être un signe de détérioration du produit, bien qu'il soit normal qu'il change légèrement de couleur. Si les valeurs restituées ne tombent pas dans la fourchette prévue :

- Consulter la notice du témoin et le mode d'emploi de l'appareil de mesure.
- Vérifier la date de péremption de Para 12 Plus. Jeter les produits périmés.
- Répéter les opérations avec un flacon non ouvert de Para 12 Plus. Si les valeurs se situent toujours hors de l'intervalle escompté, appeler le Service technique de Streck au +1 402-691-7510 ou le contacter en ligne sur le site [technicalservices@streck.com](#).

INSTRUCTIONS DE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS DE DOSAGE EN LIGNE

- Insérez une clé USB vierge ou une disquette dans l'ordinateur.
- Sur la page produit appropriée sur [streck.com](#), cliquez sur le lien correspondant au fichier de disque de dosage portant le numéro de lot que vous utilisez.
- Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur "Open" (Ouvrir) pour télécharger et ouvrir le fichier.
- Une fois le fichier ouvert, cliquez sur « File » (Fichier) → « Extract All » (Extraire tout) ou « Extract All... » (Extraire tout...).
- Remarque : les utilisateurs de Windows® 7 doivent s'assurer que la case libellée « Show extracted files when complete » (« Afficher les fichiers extraits une fois terminé ») n'est pas cochée.
- Suivez l'Assistant Extraction (le cas échéant). Cliquez sur le bouton "Browse" (Parcourir) pour sélectionner une destination d'extraction. Sélectionnez la clé USB ou la disquette qui a été insérée(e) à l'étape 1.
- Une fois les fichiers extraits, enlevez avec précaution la clé USB ou la disquette de l'ordinateur et insérez l'instrument approprié.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre instrument pour configurer le fichier de dosage.

MODE D'EMPLOI

Remarques importantes :

- Le code-barres sur l'étiquette du flacon est réservé à une utilisation par le CELL-DYN Ruby.
 - La solution CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate doit être minu tieusement éliminée du bloc de lavage et/ou de la sonde de l'analyseur avant de doser des produits de contrôle.
- Retirer les flacons de contrôle du réfrigérateur et les laisser s'adapter à la température ambiante (18 °C à 30 °C) pendant 15 minutes avant usage.
 - Pour mélanger : (**ne pas mélanger mécaniquement ou passer au vortex.**)

Pour visionner une démonstration, consulter [streck.com/mixing](#).

- Tenir le flacon à la verticale entre les paumes des mains et le rouler entre les mains pendant 15 à 20 secondes.



French (Français)

b. Continuer de mélanger en tenant le flacon entre le pouce et l'index : retourner vite le flacon 20 fois par rotation rapide du poignet.



c. Procéder immédiatement à l'analyse. Pour les analyses qui seront effectuées durant la même période de test, il faudra retourner le flacon 5 fois avant de le placer sur l'analyseur.

d. Les étapes a à c doivent être répétées lorsqu'un échantillon est retiré du réfrigérateur durant toute la période où celui-ci est ouvert, quelle que soit la méthode d'analyse (tube ouvert, perforation du bouchon, analyse automatisée automatique ou manuelle).

3. Se reporter au manuel de l'instrument correspondant au système utilisé pour l'analyse des contrôles.

4. Après le prélèvement, remettre au réfrigérateur pour assurer la stabilité maximale du flacon ouvert. Si le dosage se fait en mode ouvert, essuyer les filets du flacon et du bouchon, puis refermer et remettre au réfrigérateur.

RESTRICTIONS

Para 12 Plus ne permet pas d'effectuer une analyse manuelle de la formule leucocytaire. Les composants leucocytaires simulent la taille des leucocytes mais pas leur morphologie.

RESULTATS ESCOMPTE

Les valeurs de dosage moyennes fournies pour chaque paramètre sont dérivées d'analyses effectuées en parallèle sur des instruments calibrés ainsi que par des méthodes de référence manuelles. Les valeurs de VGM et d'hématocrite ne sont pas corrigées pour compenser le plasma piégé. Les valeurs de dosage s'obtiennent à l'aide de réactifs recommandés par les fabricants d'instruments et doivent être utilisées pour le contrôle des instruments ; il ne s'agit pas de dosages absolus pour le calibrage. Selon les bonnes pratiques de laboratoire, tout laboratoire individuel doit établir ses propres moyennes et limites pour chaque paramètre dès réception d'un nouveau lot de contrôle. Toutefois, les moyennes de contrôle définies par le laboratoire doivent se situer dans l'intervalle escompté, spécifié pour le contrôle. Les intervalles escomptés répertoriés représentent des estimations d'écart en raison des différents laboratoires, du calibrage et de la maintenance de l'instrument, et de la technique utilisée par l'opérateur.

Les valeurs de dosage et intervalles escomptés pour les instruments qui n'apparaissent pas sur la feuille de dosage doivent être définis par l'utilisateur. Conformément à CLSI H26-A2¹, il est recommandé de doser chaque niveau de contrôle deux fois par jour pendant 3 à 5 jours pour établir les moyennes de laboratoire individuelles pour chaque mesurande.

RÉFÉRENCES

- Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Streck propose STATS[®], un programme de contrôle de qualité interlaboratoires qui est offert gratuitement à tous les clients. Pour obtenir plus d'informations, contacter le service STATS au +1 402-691-7495 ou envoyer un message à l'adresse courriel [statsdata@streck.com](#). Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site [streck.com](#).

INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES

Pour toute assistance, contacter le service clientèle au +1 402-333-1982. Pour plus d'informations, consulter le site [streck.com](#).

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Consulter l'onglet Instructions (IFU) dans le menu Ressources sur la page produit affichée sur le site [streck.com](#).

Consulter le site [streck.com/patents](#) pour les brevets qui pourraient concerner ce produit.



Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC|REP

MEDI MARK[®] Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

GEBRAUCHSANLEITUNG

VERWENDUNGSZWECK

Para 12 Plus® ist eine geprüfte hämatologische Kontrollsubstanz zur Evaluierung der Genauigkeit und Präzision hämatologischer Geräte, die beim Differentialblutbild weißer Blutkörperchen Einsatz finden.

ZUSAMMENFASSUNG UND GRUNDLAGEN

Laboratorien benötigen geprüfte Materialien, um die Qualitätskontrolle ihrer automatisierten, halbautomatisierten und manuellen Verfahren zur Bestimmung der Vollblutparameter durchführen zu können. Die tägliche Verwendung dieser Vollblut-Kontrollsubstanz liefert die nötigen Qualitätskontrolldaten, um die Präzision und Genauigkeit der Gerätebedienung bzw. der manuellen Protokolle zu bestätigen.

Die Verwendung von stabilisierten Zellpräparationen als Kontrolle des Hämatologie-Instrumentariums ist eine übliche Vorgehensweise. Para 12 Plus liefert Werte innerhalb des auf dem Analyseblatt vorgegebenen, erwarteten Bereichs, vorausgesetzt, es wird wie eine Patientenprobe behandelt und an einem vorschriftsmäßig kalibrierten und funktionierenden Gerät analysiert.

REAGENZIEN

Diese Vollblutreagenzien können einige oder alle der folgenden Bestandteile enthalten: stabilisierte rote Blutkörperchen (Mensch/Säugetier-Basis), weiße Blutkörperchen (Mensch/Säugetier-Basis oder simuliert) sowie eine Plättchenkomponente in Konservierungsmittel.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Nur zur In-vitro-Diagnostik.
2. ACHTUNG: Blutprodukte sind stets als mögliche Infektionsquellen zu behandeln. Das Ausgangsmaterial, aus dem dieses Produkt gewonnen wurde, wurde mit den derzeit von der FDA vorgeschriebenen Tests untersucht und für negativ befunden. Keine der bekannten Testmethoden kann mit Sicherheit garantieren, dass aus Humanblut gewonnene Produkte keine Infektionserreger übertragen. Spezifische von der FDA vorgeschriebene Blutuntersuchungen finden Sie unter „Resources“ (Ressourcen) auf der Registerkarte „Instructions (IFU)“ (Anweisungen) der Produktseite unter [streck.com](#).
3. Dieses Produkt nicht mit dem normalen Müll, sondern als infektiösen medizinischen Abfall entsorgen. Entsorgung durch Verbrennen wird empfohlen.
4. Das Produkt ist zum Gebrauch in der gelieferten Form vorgesehen. Wird es verdünnt oder wird ein anderer Stoff zugesetzt, verliert das Produkt seine Tauglichkeit für die beabsichtigten Diagnosezwecke.
5. Kontrollprodukte nicht als Kalibratoren verwenden.
6. Sicherheitsdatenblätter sind unter [streck.com](#), telefonisch unter +1-402-691-7510 oder bei Ihrem örtlichen Lieferanten erhältlich.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Bei 2 °C bis 10 °C gelagert, ist Para 12 Plus bis zum Verfallsdatum stabil. Geöffnet bleibt Para 12 Plus während der auf dem Analyseblatt angegebenen Dauer für offene Fläschchen stabil, wenn bei 2 °C bis 10 °C gelagert.

ANZEICHEN EINER QUALITÄTSVERSCHLECHTERUNG

Unfähigkeit, Werte innerhalb des erwarteten Bereichs zu erhalten, kann auf eine Qualitätsverschlechterung hindeuten. Eine Verfärbung des Produkts kann durch zu starkes Erwärmen bzw. Gefrieren während des Transports oder der Lagerung verursacht werden. Dunkel gefärbter Überstand kann ein Anzeichen einer Produktverschlechterung sein; ein moderat verfärbter Überstand ist jedoch normal und sollte nicht mit Produktverschlechterung verwechselt werden. Liegen die erhaltenen Werte nicht innerhalb des erwarteten Bereichs:

1. Die Packungsbeilage des Kontrollprodukts und die Bedienungsanleitung für das Gerät zu Rate ziehen.
2. Das Verfallsdatum der Para 12 Plus-Kontrolle überprüfen. Verfallene Produkte entsorgen.
3. Ein unangebrochenes Fläschchen Para 12 Plus analysieren. Liegen die Werte noch immer außerhalb des erwarteten Bereichs, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Streck unter der Nummer +1 402-691-7510 oder online an [technicalservices@streck.com](#).

Anleitung zum Herunterladen der Analysedatei

1. Legen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk oder eine leere 3 1/4-Zoll Floppy-Diskette in den Computer ein.
2. Klicken Sie auf der entsprechenden Produktseite bei [streck.com](#) auf den Link für die Analysedatei mit der von Ihnen verwendeten Chargennummer.
3. Klicken Sie bei Aufforderung auf „Open“ (Öffnen), um die Datei herunterzuladen und zu öffnen.
4. Wenn die Datei offen ist, klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Extract All“ (Alle Extrahieren) oder „Extract All...“ (Alle Extrahieren...)
5. Hinweis für Benutzer von Windows® 7: Stellen Sie sicher, dass das Feld „Show extracted files when complete“ („Komplett extrahierte Dateien anzeigen“) nicht markiert ist.
6. Befolgen Sie ggf. die Schritte im „Extraction Wizard“ (Entpackungsassistenten). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“, um den Speicherort für die entpackten Dateien anzugeben. Wählen Sie das Flash-Laufwerk oder die Floppy-Diskette, das/die in Schritt 1 eingelegt wurde.
7. Nachdem die Dateien entpackt sind, nehmen Sie das Flash-Laufwerk oder die Floppy-Diskette sicher aus dem Computer und legen Sie das Laufwerk oder die Diskette in das entsprechende Instrument ein.
8. Eine Anleitung zur Einrichtung der Analyse finden Sie im Bedienerhandbuch des Instruments.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Wichtige Hinweise:

- Der Barcode auf dem Flaschenetikett dient nur für CELL-DYN Ruby.
 - Die CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate Lösung gründlich vom Analysator-Washblock und/oder Probe (Sonde) entfernen, bevor die Kontrollprodukte analysiert werden.
1. Die Kontrollfläschchen 15 Minuten vor Gebrauch aus dem Kühlenschrank nehmen und auf Raumtemperatur (18 °C bis 30 °C) aufwärmen lassen.
 2. Mischen: (NICHT mechanisch oder mit Vortex mischen.)
Eine Video-Vorführung ist auf [streck.com/mixing](#) verfügbar.

- a. Das Fläschchen senkrecht halten und jedes einzelne Fläschchen 15–20 Sekunden lang zwischen den Handflächen hin und her rollen.



- b. Das Fläschchen zwischen Daumen und Finger fassen und weiter mischen; das Fläschchen dazu in rascher Folge 20 mal mit sehr scharfer Bewegung aus dem Handgelenk heraus über Kopf drehen.



- c. Unmittelbar nach dem Mischen analysieren. Weitere Analysen im Rahmen dieses Testzeitraums sind nach 5maligem Überkopfdrehen des Fläschchens vor der Analyse am Gerät möglich.

- d. Die Schritte a-c sind nach der Entnahme der Probe aus dem Kühlenschrank im Laufe des gesamten Zeitraums, in dem das Fläschchen offen ist, zu wiederholen, und zwar ungeachtet der Analysenmethode (offenes Röhrchen, Einstich in Verschlusskappe, automatische Probennahme oder manuelle Probennahme).
3. Hinweise zur Analyse von Kontrollmaterial in der Bedienungsanleitung für das jeweilig verwendete System nachschlagen.
 4. Nach der Probenahme das Fläschchen zwecks optimaler Haltbarkeit in den Kühlenschrank zurückstellen. Falls im offenen Modus durchgeführt, das Gewinde sowohl am Fläschchen als auch an der Verschlusskappe abwischen, dann verschließen und in den Kühlenschrank zurückstellen.

LIMITATIONEN

Ein manuelles Differentialblutbild der weißen Blutkörperchen ist mit Para 12 Plus nicht möglich. Die weißen Blutzellenkomponenten simulieren weiße Blutkörperchen in der Größe, jedoch nicht morphologisch.

ERWARTETE ERGEBNISSE

Die durchschnittlichen Testwerte für jeden Parameter sind aus reduplizierten Analysen auf kalibrierten Instrumenten sowie mit manuellen Referenzmethoden abgeleitet. Die MCV- und Hematokritwerte werden für eingeschlossenes Plasma nicht korrigiert. Die Testwerte werden mit Hilfe der von den Geräteherstellern empfohlenen Reagenzien ermittelt und dienen zur Gerätekontrolle; sie sind keine absoluten Kalibrierungstests. Bei Erhalt einer neuen Kontrollcharge erfordert die gute Laborpraxis, dass das betreffende Labor für jeden Parameter seine eigenen Mittel- und Grenzwerte etabliert. Der vom Labor etablierte Kontrollmittelwert sollte jedoch innerhalb des für die Kontrolle spezifizierten erwarteten Bereichs liegen. Die angegebenen erwarteten Bereiche stellen Schätzungen der Schwankungen dar, die sich von Labor zu Labor sowie durch Gerätekalibrierung, Wartung und Bedienertechnik ergeben können.

Testwerte und erwartete Bereiche für die nicht auf dem Testblatt aufgeführten Instrumente müssen vom Benutzer festgelegt werden. Gemäß CLSI H26-A2¹ empfiehlt es sich, jeden Kontroll-Level 3 bis 5 Tage lang zweimal pro Tag durchzuführen, um für jede Messgröße den jeweiligen Labormittelwert festzulegen.

QUELLENANGABEN

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

PROGRAMM ZUR QUALITÄTSSICHERUNG

Streck stellt allen Kunden kostenlos das Interlabor-Qualitätskontrollprogramm STATS® zur Verfügung. Näheres erfahren Sie bei der STATS-Abteilung unter +1 402-691-7495 oder [statsdata@streck.com](#). Zusätzliche Informationen sind online bei [streck.com](#) erhältlich.

BESTELLINFORMATIONEN

Unterstützung bietet unsere Kundendienstabteilung unter der Rufnummer +1 402-333-1982. Zusätzliche Informationen sind online unter [streck.com](#) erhältlich.

SYMBOLISTE

Beachten Sie bitte die Registerkarte Anweisungen (IFU) unter Ressourcen auf der Produktseite unter [streck.com](#).

Eventuell auf dieses Produkt zutreffende Patente finden Sie unter [streck.com/patents](#).



Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MEDIMARK® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RENDELÉTESSZERŰ ALKALMAZÁS

A Para 12® Plus egy bevizsgált hematológiai kontroll, amely a fehérversejt differenciálásra alkalmas hematológiai készülékek hitelességének és pontosságának megállapítására szolgál.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ALAPELVEK

A laboratóriumokban bevizsgált anyagra van szükség a teljes vér paraméterek mérésére szolgáló, automata, félautomata és manuális eljárások minőségellenőrzéséhez. Ennek a teljes vér kontrollnak a minden napos alkalmazása a berendezés működésének illetve a manuális protokolloknak a pontosságát és hitelességét igazolja, minőségellenőrzési adatokat biztosít.

A stabilizált sejtkezítmények alkalmazása jól ismert eljárás a hematológiai mérőberendezések ellenőrzésére. Ha a betegmintákkal azonos módon kezelik, és a mérést megfelelően kalibrálják, jól működő berendezéssel végzik, akkor a Para 12 Plus a vizsgálati lapon feltüntetett, várt tartományon belüli értéket fog adni.

REAGENSEK

A teljes vér reagens lehetséges összetevői: stabilizált humán vagy emlős vörösvértestek, humán, emlős vagy mesterséges fehérversejtek valamint egy vérlemezke összetevő, tartósító közegben.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

1. In vitro diagnosztikai alkalmazásra.
2. VIGYÁZAT: minden vérkészítményt potenciálisan fertőzőként kell kezeln. A forrás, amelyből a termék készült, negatívnak bizonyult az FDA által jelenleg megkövetelt vizsgálatok során. Nincs olyan ismert vizsgálati módszer, amely biztosítaná, hogy az emberi vérből származó termékek nem tartalmaznak fertőző ágenseket. Az FDA által megkövetelt vizsgálatok tekintetében olvassa el az Instructions (Utasítások, IFU) lapon található tudnivalókat a streck.com honlap Resources (Források) oldalán.
3. A termék nem kezelhető közönséges hulladékkel; megsemmisítéskor fertőző egészségügyi hulladéknak kell tekinteni. Elégetéssel célszerű megsemmisíteni.
4. A termék azonnali felhasználható. Hígítással vagy más anyagok hozzáadásával a termék diagnosztikus értéke érvénytelen.
5. A kontroll készítmények nem használhatók kalibrátoroknál.
6. A biztonsági adatlap (SDS) beszerezhető a streck.com honlapon, a +1 402-691-7510 telefonszám hívásával, illetve a helyi szállító hívása révén.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

A Para 12 Plus 2 °C-10 °C-on tárolva a lejáratú ideig őrizi meg minőségét. Felbontás után a Para 12 Plus 2 °C-10 °C-on tárolva a vizsgálati lapon feltüntetett, a felbontott ampullákra vonatkozó lejáratú időpontig őrizi meg minőségét.

A TERMÉK MEGROMLÁSÁNAK JELEI

A termék megrömlését jelezheti, ha a várt értékek nem produkálhatóak. A túlmelegedés vagy megfagyás a szállítás vagy tárolás során a termék elszíneződését okozhatja. A termék megrömlését jelezheti, ha a felülúszó sötét színű, mindenazonáltal, a közepes elszíneződés még normális; ezt nem szabad a termék megrömlásával összetéveszteni. Ha a kapott értékek a várt tartományon kívül esnek:

1. Nézze át a kontroll használati utasítását, és a berendezés működését előzetű eljárását.
2. Ellenőrizze a Para 12 Plus lejáratú idejét. A lejárt terméket semmisítse meg.
3. Mérjen meg egy bontatlan Para 12 Plus ampullát. Ha az értékek továbbra is a várt tartományon kívül esnek, hívja a (Streck) Műszaki ügyfélszolgálatot a +1 402-691-7510 vagy technicalservices@streck.com.

UTASÍTÁSOK AZ ONLINE VIZSGÁLATI FÁJL LETÖLTÉSÉHEZ

1. Helyezzen egy üres USB flash meghajtót vagy egy 3/4 hüvelykes hajlékonylemez a számítógépbe.
2. A streck.com megfelelő termékoldalon kattintson az arra a vizsgálati lemezfájlra mutató hivatkozásra, amelyik az Ön által használt megfelelő tételeszámárral rendelkezik.
3. Amikor utasítást kap, kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra a fájl letöltéséhez és megnyitásához.
4. Amikor a fájl megnyílt, kattintson a „File” (Fájl) → „Extract All” (Összes kibontása) vagy „Extract All...” (Összes kibontása...) menüpontra.
- Megjegyzés: Windows® 7 használata esetén ügyeljen arra, hogy a „Show extracted files when complete” („Kibontott fájlok megjelenítése a befejezés után”) négyzet ne legyen bejelölve.
5. Kövesse az „Extraction Wizard” (Kibontási varázsló) utasításait (ha alkalmazható). Kattintson a „Browse” (Tárhely) gombra a kibontás célmappájának kiválasztásához. Válassza az 1. lépésben behelyezett flash meghajtót vagy hajlékonylemez.
6. Miután a fájlok kibontása megtörtént, biztonságosan távolítsa el a flash meghajtót vagy a hajlékonylemez a számítógépből, és helyezze a megfelelő készülékre.
7. Lopozza fel a készülék kezelői kézikönyvét a vizsgálati fájl beállítását illetően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fontos megjegyzések:

- Az ampulla címkéjén található vonalkód kizárálag a CELL-DYN Ruby készüléken való használatra szolgál.
- A kontroll termék futtatása előtt a CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate oldatot teljesen el kell távolítani az analizátor mosóblokkból és/vagy szondából.
- 1. A felhasználás előtt 15 percvel vegye ki az ampullákat a hűtőből és melegítse azokat szobahőmérsékletre (18 °C-30 °C).
- 2. A keveréshez: (**TILOS mechanikusan vagy vortex keverőn keverni.**)

Videóbemutatóhoz látogasson el a következő oldalra: streck.com/mixing.

a. Tartsa függőlegesen az üvegcset, és forgassa meg az egyes üvegcset a két tenyere között 15-20 másodpercen át.



Hungarian (Magyar)

b. Folytassa a keverést úgy, hogy a hüvelyk- és a mutatóujja segítségével megragadja az üvegcse végeit, majd gyorsan megforgatja az üvegcset 20-szor a végük között gyors csuklómozdulatokkal.



- c. Keverés után azonnal végezze el a vizsgálatot. A vizsgálati időszak alatt végzett további műszeres elemzések elvégzése előtt 5 alkalommal forgassa meg az üvegcset.
- d. A a-c lépéseket a minta hűtőszekrényből való kivételekor az üvegcse felnyitásának teljes ideje alatt meg kell ismételni, függetlenül az elemzés módjától (nyitott kémcsöves, tetőátszűrős, automatikus vagy kézi mintavétel).
3. Nézze meg a kontroll minták méréséhez alkalmazott rendszer leírását.
4. A mintavételt követően tegye vissza az ampullát a hűtőbe, ahol az a bontott ampullákra vonatkozó lejáratú ideig tárolható. Ha nyitott módszerrel végezi a mérést, akkor törölje meg az ampulla és a kupak menetét, mielőtt rácsavarja a kupakot az ampullára és visszateszi a hűtőbe.

KORLÁTOZÁSOK

A Para 12 Plus-szal nem végezhető el a fehérversejt manuális differenciál analízise. A fehérversejt összetevők csak a fehérversejtek méretét szimulálják, a morfológiájukat nem.

VÁRT EREDMÉNYEK

Az egyes paraméterekre kapott vizsgálati középértékeket a kalibrált berendezések illetve manuális referencia módszerekkel elvégzett ismétlődő átlagolásával kapjuk. Az MCV és hematókrit értékek nincsenek a vérszíjtek között megekedd plazmára korrigálva. A vizsgálat során az értékeket a berendezés gyártója által javasolt reagensek alkalmazásával mérjük, és ezeket kell a berendezés ellenőrzésére használni. Ezek nem kalibrálásra alkalmas abszolút mérések. Egy-egy új kontroll tétel beérkezésekor a helyes laboratóriumi gyakorlat az, hogy minden laboratórium az egyes paraméterekre vonatkozóan saját átlag- és határértékeket állapít meg. A laboratórium által meghatározott kontroll átlagértékeknek azonban az adott kontrollhoz megadott, várt tartományon belül kell lennie. A felsorolt várt tartományok a különböző laboratóriumok mérései, a berendezés kalibrálása, karbantartása és az üzemelés technológiája miatti ingadozásoknak felelnek meg.

A vizsgálati lapon nem szereplő készülékre vonatkozó assay-értékeket és várt tartományokat a felhasználónak kell megállapítani. CLSI H26-A2® esetén javasolt, hogy kontroll minden egyes szintje naponta kétszer legyen lefuttatva 3-5 napig, hogy minden egyes mérődő értékre vonatkozóan megállapításra kerüljenek az egyéni laboratóriumi átlagok.

REFERENCIÁK

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI PROGRAM

A Streck minden vásárló részére ingyenesen biztosít egy laboratóriumok közötti minőségellenőrző programot. Ha további tájékoztatást szeretné kapni, hívja a STAS osztályt a +1 402-691-7495 telefonszámon, vagy lépjön kapcsolatba a statsdata@streck.com e-mail címen. További tájékoztatást a streck.com címén kaphat.

RENDELÉSELLEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ring kundeserviceavdelingen på +1 402-333-1982 for hjelp. Ytterligere informasjon finnes på Internett på streck.com.

SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE

Lásd az Instructions (IFU) (Használati utasítások) fület a Resources (Forrásanyagok) menüpont alatt a termék oldalán a streck.com címén.

A termékre esetlegesen vonatkozó szabadalmakat illetően lépjön a streck.com/patents oldalra.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MediMark® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

ISTRUZIONI PER L'USO

USO PREVISTO

Il Para 12® Plus è un controllo ematologico di riferimento per la valutazione dell'accuratezza e della precisione di strumenti di analisi della formula leucocitaria.

SOMMARIO E PRINCIPI DI IMPIEGO

I laboratori richiedono strumenti di analisi per il controllo di qualità di procedure automatizzate, semi-automatizzate e manuali che misurano parametri su sangue intero. L'uso quotidiano di questo sistema di controllo per il sangue intero fornisce dati di controllo di qualità per la valutazione della precisione e dell'accuratezza del funzionamento di uno strumento o di protocolli manuali.

L'uso di preparazioni di cellule stabilizzate per il controllo degli strumenti ematologici è una procedura ormai bene affermata. Trattato come un campione reale e analizzato con uno strumento funzionante e correttamente calibrato, il Para 12 Plus fornisce valori compresi nell'intervallo indicato sul foglio di riferimento.

REAGENTI

Questi reagenti a base di sangue intero possono contenere uno o tutti i seguenti elementi: eritrociti stabilizzati umani o di mammifero, leucociti umani, di mammifero o analoghi leucocitari e una componente piastrinica in mezzo conservante.

PRECAUZIONI

- Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.
- ATTENZIONE** - Tutti gli emoderivati devono essere trattati come se fossero infettivi. Il materiale di origine dal quale questo prodotto è stato derivato è risultato negativo ai test attualmente richiesti dalla FDA. Nessun metodo di analisi conosciuto è in grado di garantire che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi. Per gli esami del sangue specifici richiesti dalla FDA, consultare la scheda Istruzioni (IFU) sotto Risorse nella pagina del prodotto sul sito streck.com.
- Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti, ma con i rifiuti di origine sanitaria. Si consiglia lo smaltimento tramite incenerimento.
- Questo prodotto è inteso per l'uso come fornito. La modifica del prodotto fornito tramite diluizione o aggiunta di altri materiali ne invalida qualsiasi uso diagnostico.
- I prodotti di controllo non devono essere usati come calibratori.
- Le SDS possono essere reperite nel sito web streck.com, richieste telefonicamente al numero +1 402-691-7510 o al fornitore di zona.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Il Para 12 Plus è stabile fino alla data di scadenza, purché conservato a temperature comprese fra 2 °C e 10 °C. Una volta aperto, il Para 12 Plus è stabile fino alla data indicata nel foglio di istruzioni per la fiala aperta, purché conservato a temperature comprese fra 2 °C e 10 °C.

INDICAZIONI DI DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO

L'impossibilità di ottenere i valori attesi può essere indice del deterioramento del prodotto. Lo scoloramento del prodotto può essere causato da riscaldamento o raffreddamento eccessivi durante la spedizione o la conservazione. La presenza di sopravanzante di colore molto scuro è indice di deterioramento del prodotto, mentre un sopravanzante moderatamente colorato è normale e non va considerato indice di deterioramento. Se i valori ottenuti non sono compresi negli intervalli previsti, procedere come segue.

- Studiare l'inserto della confezione del prodotto di controllo e la procedura operativa dello strumento.
- Controllare la data di scadenza del Para 12 Plus. Eliminare i prodotti scaduti.
- Usare una fiala di Para 12 Plus non aperta. Se i valori sono ancora al di fuori dell'intervallo previsto, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Streck al numero +1 402-691-7510 oppure visitare il sito technicalservices@streck.com.

ISTRUZIONI PER SCARicare IL FILE DI ANALISI ONLINE

- Inserire nel computer un'unità flash USB vuota o un dischetto floppy da 3.5" vuoto.
- Nella pagina del prodotto appropriato nel sito streck.com, fare clic sul link relativo al file del disco di analisi con il corrispondente numero di lotto usato.
- Alla richiesta, fare clic su "Open" ("Apri") per scaricare e aprire il file.
- Dopo aver aperto il file, fare clic su "File" → "Extract All" ("Estrai tutto") o "Extract All..." ("Estrai tutto..."). Nota: Utenti di Windows® 7 - Accertarsi che la casella "Show extracted files when complete" ("Mostra i file estratti al termine dell'operazione") non sia stata selezionata.
- Seguire la procedura "Extraction Wizard" ("Estrazione guidata") (se applicabile). Fare clic sul pulsante "Browse" ("Sfoglia") per selezionare una destinazione di estrazione. Selezionare l'unità flash o il dischetto floppy inserita/o nel punto 1.
- Una volta estratti i file, procedere alla rimozione sicura dell'unità flash o del dischetto floppy dal computer e inserirla/o nello strumento appropriato.
- Per l'impostazione del file di analisi, consultare il manuale dell'operatore relativo allo strumento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Note importanti

- Il codice a barre della targhetta della fiala è da usare soltanto sul CELL-DYN Ruby.
- Prima di analizzare i prodotti di controllo, la soluzione CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate deve essere completamente rimossa dal blocco di lavaggio e/o dalla sonda dell'analizzatore.

1. Rimuovere le fiale del controllo dal frigorifero e lasciarle stabilizzare a temperatura ambiente (18 °C-30 °C) per 15 minuti prima dell'uso.

2. Per miscelare: **(NON miscelare meccanicamente o vortexare.)**

Per una dimostrazione video, andare a streck.com/mixing.

Italian (Italiano)

a. Tenere la fiala in posizione verticale e farla rotolare in avanti e all'indietro fra i palmi delle mani per 15-20 secondi.



b. Continuare a miscelare tenendo la fiala dalle estremità fra il pollice e l'indice, capovolgendola 20 volte rapidamente e completamente con un movimento rotatorio molto rapido del polso.



c. Analizzare immediatamente dopo la miscelazione. Per eseguire analisi successive durante questo periodo di test capovolgere la fiala per 5 volte prima dell'analisi sullo strumento.

d. Ripetere i passaggi a-c dopo avere tolto il campione dal frigorifero per l'intero periodo in cui la fiala rimane aperta indipendentemente dal metodo di analisi (apertura della provetta, foratura del tappo, campione automatico o campione manuale).

- Consultare il manuale dello strumento per il sistema utilizzato per analizzare i materiali di controllo.
- Dopo la campionatura, riporre il frigorifero affinché la stabilità del prodotto rimanga inalterata fino alla data di scadenza per la fiala aperta. Se il funzionamento è a modalità aperta, asciugare le filettature della fiala e del cappuccio prima di riporle il cappuccio e di rimettere la fiala in frigorifero.

LIMITAZIONI

Con il Para 12 Plus non è possibile l'analisi differenziale manuale dei leucociti. Le componenti leucocitarie simulano i leucociti reali per quanto riguarda le dimensioni ma non la loro morfologia.

RISULTATI PREVISTI

I valori medi di analisi forniti per ogni parametro derivano da analisi ripetute su strumenti calibrati e da metodi di riferimento manuali. I valori di MCV ed ematocrito non sono corretti per il plasma intrappolato. I valori di analisi vengono ottenuti usando reagenti consigliati dal produttore dello strumento e devono essere usati per il controllo dello strumento: non rappresentano analisi assolute di calibrazione. Non appena si riceve un nuovo lotto di controllo, è una buona pratica di laboratorio che ciascun laboratorio stabilisca i propri limiti e le proprie medie per ogni parametro. Tuttavia le medie di controllo stabilite dal laboratorio devono essere comprese nell'intervallo previsto specificato per il controllo stesso. Gli intervalli previsti elencati rappresentano le stime di variazione che si ottengono a causa della differenza di laboratori, calibrazione dello strumento, manutenzione e tecnica dell'operatore.

I valori di analisi e gli intervalli previsti per gli strumenti non riportati nel foglio illustrativo devono essere stabiliti dall'utente. Secondo CLSI H26-A2¹ è consigliabile che ogni livello di controllo sia usato due volte al giorno per 3-5 giorni per stabilire mezzi di laboratorio individuali per ogni misura.

BIBLIOGRAFIA

- Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITÀ

Streck offre in omaggio a tutti i clienti STATS®, un programma interlaboratorio di controllo qualità. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al reparto STATS al numero +1 402-691-7495 oppure inviare una e-mail all'indirizzo statsdata@streck.com. Altre informazioni sono disponibili nel sito Web streck.com.

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Per assistenza rivolgersi al reparto Servizio di Assistenza ai Clienti al numero +1 402-333-1982. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web streck.com.

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

Vedere la scheda Instructions (Istruzioni) (IFU) in Resources (Risorse) sulla pagina del prodotto all'indirizzo streck.com.

Vedere streck.com/patents per i brevetti che potrebbero essere applicabili a questo prodotto.



Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MediMark® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

BRUKSANVISNING

TILSIKTET BRUK

Para 12® Plus er en analysert hematologisk kontroll for evaluering av hematologiske instrumenter som gir en nøyaktig og presis differensiering av hvite blodlegemer.

SAMMENDRAG OG PRINSIPPER

Laboratorier krever analysert materiale for kvalitetskontroll av automatiske, halvautomatiske og manuelle prosedyrer som mäter blodparametar. Daglig bruk av denne blodkontrollen gir kvalitetskontrolldata for å bekrefte presisjonen til, og nøyaktigheten av, instrumentbruk eller manuelle protokoller.

Bruk av stabiliserte cellepreparater for å kontrollere hematologiinstrumenter er et etablert prosedyre. Når de håndteres som en pasientprøve og analyseres på et instrument som er riktig kalibrert og fungerer som det skal, vil Para 12 Plus gi verdier innenfor det forventede måleområdet som er angitt på analysearket.

REAGENSER

Blodreagensen kan inneholde noe eller alt av følgende: stabiliserte røde blodlegemer fra mennesker eller pattedyr, hvite eller simulerte hvite blodlegemer fra mennesker eller pattedyr og en blodplatekomponent i et konserveringsmiddel.

FORHOLDSREGLER

1. Til diagnostisk bruk ved in vitro.
2. NB! Alle blodprodukter bør behandles som potensielt smittsomme. Kildemateriale som dette produktet ble avledet fra, ble funnet å være negativt når testet i henhold til gjeldende FDA-påbude tester. Ingen kjente testmetoder kan tilby forsikring om at produkter avledet fra humant blod ikke vil overføre smittestoffer. Se Bruksanvisnings-fanen under Ressurser på produktssiden på [streck.com](#) for spesifikke blodprøver som kreves av FDA.
3. Produktet skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfall, men avhendes med smittsomt medisinsk avfall. Det anbefales forbrenning av avfallet.
4. Produktet skal brukes slik det leveres. Adulterasjon ved uttylling eller tilsetting av eventuelle materialer i det leverte produktet, ugyldiggjør all diagnostisk bruk av produktet.
5. Kontrollprodukter skal ikke brukes som kalibratorer.
6. Sikkerhetsdatablad kan fås fra [streck.com](#), ved å ringe +1 402-691-7510 eller ved å ringe til din lokale leverandør.

LAGRING OG STABILITET

Para 12 Plus er stabil til angitt holdbarhetsdato når det lagres ved 2° C til 10° C. Etter åpning er Para 12 Plus stabil til med datoene for åpnet ampulle, som angitt på analysearket, når det lagres ved 2° C til 10° C.

INDIKASJONER PÅ PRODUKTFORRINGELSE

Manglende evne til å oppnå forventede måleverdier kan være tegn på produktforringelse. Misfarging av produktet kan skyldes overoppheeting eller frost under forsendelse eller lagring. Mørke partikler som flyter på toppen, kan være tegn på produktforringelse, men hvis partiklene har moderat farge, er dette normalt og skal ikke forveksles med produktforringelse. Gjør følgende hvis de oppnådde måleverdiene ikke er innenfor forventede måleområder:

1. Les vedlegget i pakken med kontrollproduktet og bruksanvisningen for instrumentet.
2. Kontroller holdbarhetsdatoen til Para 12 Plus. Kast produkter som er gått ut på dato.
3. Analyser en åpnet ampulle av Para 12 Plus. Hvis verdiene fremdeles ligger utenfor det forventede verdiområdet, ta kontakt med Streck teknisk service på +1 402-691-7510 eller på Internett på [technicalservices@streck.com](#).

INSTRUKSJONER OM NEDLASTING AV ELEKTRONISK ANALYSEFIL

1. Sett inn en blank USB minnepinne eller en 3½-tommers diskett i datamaskinen.
2. På den riktige produktssiden på [streck.com](#), klikk på koblingen for analysesdiskfilen med det tilsvarende partinummeret du bruker.
3. Når du blir bedt om det, klikk på "Open" (Åpne) for å laste ned og åpne filen.
4. Når filen er åpnet, klikk på "File" (Fil) → "Extract All" (Pakk ut alle) eller "Extract All..." (Pakk ut alle...) Merknad: Windows® 7-brukere – Kontroller at det ikke er krysset av i ruta for "Show extracted files when complete" ("Vis utpakketde filer når du er ferdig").
5. Følg "Extraction Wizard" (Utpakningsveiviseren) (hvis dette er aktuelt). Klikk på knappen "Browse" (Bla) for å velge en utpakningsdestinasjon. Velg minnepinnen eller disketten som ble satt inn i trinn 1.
6. Når filene er pakket ut, kan minnepinnen eller disketten trygt tas ut av datamaskinen og settes inn i det aktuelle instrumentet.
7. Se bruksanvisningen for instrumentet for å finne oppsett av analysefil.

BRUKSANVISNING

Viktige merknader:

- Streketiketten på ampullen er kun til bruk på CELL-DYN Ruby.
 - CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate løsning må fjernes nøyne fra analysatoren. Vask blokken og/eller proben før kontrollprodukter kjøres.
1. Ta ut ampuller med kontrollprodukt av kjøleskapet og varm dem til romtemperatur (18° C til 30° C) i 15 minutter før bruk.
 2. For å blande: (**Skal IKKE blandes mekanisk eller ved virveling.**)
For en videodemonstrasjon, gå til [streck.com/mixing](#).

a. Hold hetteglasset loddrett og rull hvert hetteglass mellom håndflatene i 15-20 sekunder.



Norwegian (Norsk)

b. Fortsett å blande ved å holde hetteglasset i endene mellom tommelen og fingeren, snu hetteglasset raskt 20 ganger fra ende til ende med en hurtig dreiebevegelse av håndleddet.



c. Analyser umiddelbart etter blanding. Senere analyser i løpet av denne testperioden kan utføres ved å snu hetteglasset opp ned 5 ganger for instrumentanalyse.

d. Trinn a-c må gjentas når prøven tas ut av kjøleskapet for hele perioden med åpnet hetteglass uansett analysemetoden (åpnet rør, stikk i lokket, automatisk prøve eller manuell prøve).

3. Se instrumentveiledringen for systemet som brukes til analysering av kon trollmaterialer.

4. Sett ampullen tilbake i kjøleskapet etter prøvetaking for maksimal stabilitet etter at den er åpnet. Utføres prøvetakingen i åpnet modus, skal gjengene både på ampullen og hetten tørkes av før hetten settes på og ampullen settes tilbake til kjøling.

BEGRENNSNINGER

Det kan ikke utføres en manuell differensialanalyse av hvite blodlegemer med Para 12 Plus. Komponentene i de hvite blodlegemene kan sammenlignes med hvite blodlegemer med hensyn til størrelse, men ikke morfologi.

FORVENTEDE RESULTATER

De gjennomsnittlige analyseverdiene som er gitt for hver parameter, er avledet fra duplikatanalyser både på kalibrerte instrumenter og med manuelle referansemetoder. MCV- og hematokritverdier er ikke korrigert for avgrenset plasma. Analyseverdiene er oppnådd ved bruk av reagenser som er anbefalt av instrumentfabrikanten og skal brukes til instrumentkontroll, de er ikke absolute kalibreringsanalyser. Ved mottak av et nytt kontrollparti, anbefales det at hvert enkelt laboratorium oppretter sitt eget gjennomsnitt og grenser for hver parameter. Gjennomsnittsverdiene for kontroll som laboratoriet har fastsatt, skal imidlertid være innenfor det forventede måleområdet som er angitt for kontrollproduktet. De oppgitte forventede måleområdene representerer ansatte variasjoner på grunn av ulike laboratorier, instrumentkalibrering, vedlikehold og bruksteknikker.

Analyseverdier og forventede måleområder for instrumenter som ikke er inkludert på analysearket må etableres av brukeren. Ifølge CLSI H26-A2¹ anbefales det at hvert kontrollnivå kjøres to ganger per dag i 3-5 dager for å etablere laboratoriets individuelle gjennomsnitsverdier for hver målestørrelse.

REFERANSER

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

KVALITETSKONTROLLPROGRAM

Streck tilbyr **STATS®**, et kvalitetskontrollprogram for laboratorier, gratis til alle kunder. Ta kontakt med **STATS**-avdelingen på +1 402-691-7495 eller [statsdata@streck.com](#) for mer informasjon. Ytterligere informasjon finnes på Internett på [streck.com](#).

BESTILLINGSINFORMASJON

Ring kundeserviceavdelingen på +1 402-333-1982 for hjelp. Ytterligere informasjon finnes på Internett på [streck.com](#).

SYMBOLORDLISTE

Se IFU [bruksanvisninger]-fanen under Resources [ressurser] på produktssiden på [streck.com](#).

Se [streck.com/patents](#) for patenter som kan gjelde for dette produktet.



Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MEDIMARK® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

ZASTAWIENIE

Para 12® Plus to oznaczona kontrola hematologiczna do oceny dokładności i precyzyji aparatury hematologicznej przeznaczonej do oznaczania wzoru odsetkowego krvinek białych.

STRESZCZENIE I ZASADA DZIAŁANIA

Laboratoriom potrzebne są oznaczone materiały do kontroli jakości automatycznych, półautomatycznych i manualnych metod pomiaru parametrów krwi pełnej. Codzienne stosowanie niniejszej kontroli krwi pełnej pozwala na zgromadzenie danych kontroli jakości potwierdzających dokładność i precyzę pracę aparatu lub manualnych procedur testu.

Wykorzystanie stabilizowanych preparatów komórkowych do kontroli pracy aparatury hematologicznej stanowi przyjętą metodę postępowania. Po poddaniu analizie w ten sam sposób, jak próbki badane, używając odpowiednio skalibrowanego i poprawnie działającego instrumentu, Para 12 Plus wykaże wartość, która mieści się będąc w oczekiwany zakresie podanym w specyfikacji testu.

ODCZYNNIKI

Niniejszy preparat do badania krwi pełnej zawierać może niektóre lub wszystkie z podanych poniżej czynników: stabilizowane ludzkie lub zwierzęce czerwone ciało krwi, ludzkie, zwierzęce lub pozorowane białe ciało krwi i składnik płynkowy w płynie konserwującym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Wyłącznie do analizy in-vitro.
2. OSTROŻNIE: Wszelkie produkty krwiopochodne należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Materiał, z którego ten produkt pochodzi, po przeprowadzeniu analiz aktualnie wymaganych przez FDA, da wynik ujemny. Żadna ze znanych metod analitycznych nie może zapewnić, aby produkt wytworzony z krwi ludzkiej nie przenosił czynników zakaźnych. Konkrete wymagania FDA dotyczące badań znajdują się w Instrukcji (IFU) pod zakładką Zasoby na stronie produktu streck.com.
3. Produkt ten nie powinien być usuwany razem z odpadami miejskimi lecz powinien być usunięty jako zakaźne odpady szpitalne. Zalecane jest zniszczenie przez spalenie.
4. Produkt ten powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Fałszowanie poprzez rożczenie czerwów lub dodatek jakichkolwiek substancji do fiolkii zawierającej produkt uniemożliwia jego zastosowanie do celów diagnostycznych.
5. Preparat Para 12 Plus nie powinno się używać jako kalibratora.
6. Kartę charakterystyki substancji można uzyskać na stronie streck.com, telefonicznie pod numerem +1 402-691-7510 lub w lokalnego dostawcy.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Podczas przechowywania w temperaturze od 2°C do 10°C Para 12 Plus zachowuje stabilność do upływu daty ważności. Po otwarciu, o ile przechowywana będzie w temperaturze od 2°C do 10°C, Para 12 Plus zachowuje stabilność do upływu daty ważności otwartego pojemnika, podanej w ulotce.

ODZNAKI POGORSZENIA SIĘ JAKOŚCI PRODUKTU

Niemiejsce uzyskania oczekiwanych wyników wskazywać może na pogorszenie się jakości produktu. Odbarwienie produktu może być skutkiem przegrzania lub zamrożenia w czasie transportu lub przechowywania. Ciemne zatarcie supernatantu może wskazywać na pogorszenie się jakości produktu, aczkolwiek umiarkowane zatarcie supernatantu jest normalne nie powinno się go mylić z zatarciem produktu, którego jakość uległa pogorszeniu. Jeśli li odczytywanie wartości nie znajdują się w oczekiwany zakresie, to należy:

1. Sprawdzić zalecenia podane na ulotce załączonej do opakowania kontroli oraz instrukcję obsługi aparatu.
2. Sprawdzić datę ważności Para 12 Plus. Wyrzucić produkty przeterminowane.
3. Zbadac nieotwartą fiolkę Para 12 Plus. Jeśli wyniki w dalszym ciągu będą znajdować się poza zakresem oczekiwanych, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Technicznej firmy Streck pod numerem +1 402-691-7510 lub przez Internet pod adresem technicalservices@streck.com.

INSTRUKCJA POBIERANIA PLIKU DLA TESTÓW W TRYBIE ONLINE

1. Wprowadzić do komputera pustą pamięć USB lub 3½ calową dyskietkę.
2. Na stronie odpowiedniego produktu w witrynie streck.com kliknąć link pliku dysku testowego z odpowiadającym numerem partii.
3. Po wyświetleniu się podpowiedzi, kliknąć "Open" ("Otwórz"), aby pobrać i otworzyć plik.
4. Po otwarciu pliku kliknąć "File" (Plik) → "Extract All" (Rozpakuj wszystkie) lub "Extract All..." (Rozpakuj wszystkie...)
5. Uwaga użytkownicy Windows® 7: Pole z tekstem "Show extracted files when complete" ("Pokaz rozpakowane pliki") pozostaje niezaznaczone.
6. Postępować według instrukcji „Extraction Wizard“ („Kreator rozpakowania“) (jeśli dotyczy). Kliknąć przycisk „Browse“ („Przeglądaj“), aby wybrać folder dla wypakowania. Wybrać wprowadzony w kroku 1 pendrive lub dyskietkę.
7. Po wydobyciu plików, wyjąć z komputera pendrive lub dyskietkę i wprowadzić do odpowiedniego urządzenia.
8. Konfigurację pliku testowego podano w instrukcji obsługi przyrządu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Ważne uwagi:

- Kod paskowy na etykiecie fiolkii służy tylko do CELL-DYN Ruby.
- Przed wprowadzeniem produktów kontrolnych do analizatora trzeba całkowicie usunąć roztwór koncentratu enzymatycznego zmywacza CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate z modułu zmywania i ze zgłębinika.
- 1. Wyciągnąć fiolkę zawierającą kontrolę z lodówki i przed użyciem przez 15 minut doprowadzać do temperatury pokojowej (od 18°C do 30°C).
- 2. Mieszanie: (NIE mieszać mechanicznie, nie stosować wstrząsania wirowego).

Instrukcja na wideo znajduje się na stronie streck.com/mixing.

Polish (Polski)

a. Umieścić fiolkę pomiędzy dłońmi i „walkować“ przez 15-20 sekund.



b. Mieszać nadal trzymając końce próbówki między kciukiem i palcem wskazującym i odwracając do góry dnem 20-krotnie bardzo szybkimi ruchami nadgarstka.



c. Wykonać analizę natychmiast po wymieszaniu. W ciągu okresu testowania można wykonywać kolejne analizy za pomocą przyrządów po pięciokrotnym odwróceniu próbówki do góry dnem.

d. Po wyjęciu próbówki z lodówki trzeba powtarzać czynności a-c przez cały okres pracy z otwartą próbówką niezależnie od metody analizy (otwarta próbówka, przekluwanie korka, próbka pobrana automatycznie lub ręcznie).

3. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego aparatu dotyczącej analizy materiałów kontrolnych.

4. Po pobraniu próbki zamknąć fiolkę i schować ją do lodówki, aby zachować maksymalny czas stabilności ci zawsze ci otwartej fiolki. Jeśli test prowadzony jest w trybie otwartym, przed zamknięciem fiolki i schowaniem jej do lodówki należy wytrzeć gwint fiolki i nakrętki.

OGRANICZENIA

Para 12 Plus nie nadaje się do oznaczania wzoru odsetkowego krvinek białych metodą manualną. Składnik białych ciałek krwi symuluje wielkość tych komórek, ale nie ich morfologię.

OCZEKIWANE WYNIKI

Wartości średnie testu dla każdego parametru uzyskano z powtórzonych wielokrotnie, równoległych oznaczeń przeprowadzonych za pomocą skalibrowanych aparatów oraz za pomocą manualnych metod wzorcowych. Wyniki MCV i hematokrytu nie uwzględniają poprawki na zatrzymane osocze. Wyniki testu uzyskano z zastosowaniem odczynników zalecanych przez producenta aparatu i stosowane są tylko do kontroli działania tego aparatu; nie służą one jako arbitralne testy kalibracyjne. Dobrą praktyką laboratoryjną jest, aby po zakupieniu nowej partii preparatu kontrolnego każde laboratorium wyznaczyło swoje własne wartości średnie i graniczne dla każdego parametru. Jednakże wartości średnie kontroli wyznaczone przez laboratorium powinny mieścić się w zakresie wartości oczekiwanych określonym dla danej kontroli. Podany zakres wartości odzwierciedla oszacowaną zmienność w zależności od laboratorium, kalibracji aparatu i jego konserwacji oraz techniki wykonania.

Wyniki i zakresy wyników dla aparatów nie ujętych w specyfikacji muszą zostać wyznaczone przez samego użytkownika. Zgodnie z CLSI H26-A2¹ zaleca się przeprowadzanie kontroli na każdym poziomie dwa razy dziennie przez 3-5 dni, aby określić indywidualne średnie laboratoryjne dla każdej zmiennej mierzonej.

PIŚMIENNICTWO

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI

Firma Streck oferuje wszystkim klientom bezpłatny międzynarodowy program kontroli jakości. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z Działem STATS, tel. +1 402-691-7495 lub adresem statsdata@streck.com. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie streck.com.

INFORMACJE NA TEMAT SKŁADNIKÓW

W celu uzyskania pomocy prosimy dzwonić do Biura Obsługi Klienta pod numerem +1 402-333-1982. Dodatkowe informacje można znaleźć w sieci pod adresem streck.com.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Patrz kartę „Instructions (IFU)“ (Instrukcje) w części „Resources“ (Zasoby) na stronie produktu: streck.com.

Na stronie streck.com/patents podane są patenty, które mogą dotyczyć tego produktu.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MEDIMARK® Europe

11, rue Emile Zola, BP 2332

38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

INSTRUCCIONES DE USO

USO INDICADO

Para 12® Plus es un control hematológico ensayado para evaluar la exactitud y precisión de los instrumentos hematológicos que miden el diferencial de glóbulos blancos.

RESUMEN Y PRINCIPIOS

Los laboratorios requieren material ensayado para controlar la calidad de los procedimientos automatizados, semi-automatizados y manuales que miden los parámetros de la sangre entera. El uso diario de este control de sangre entera aporta datos de control de calidad para confirmar la precisión y exactitud del funcionamiento del instrumental o de los protocolos manuales.

El uso de preparaciones celulares estabilizadas para controlar el instrumental hematológico es un procedimiento establecido. Al procesarse como muestra del paciente y ensayarse en un instrumento debidamente calibrado y en buen estado de funcionamiento, el control Para 12 Plus proporcionará los valores dentro del intervalo esperado que se indica en la hoja del ensayo.

REACTIVOS

Los siguientes reactivos de sangre entera pueden contener uno o todos los siguientes elementos: glóbulos rojos estabilizados humanos o de mamíferos, glóbulos blancos simulados o de mamíferos y un componente de plaquetas en un medio conservante.

PRECAUCIONES

1. Para uso en diagnóstico in vitro.
2. ATENCIÓN: Todos los productos hemoderivados deben tratarse como productos potencialmente infecciosos. El material de origen del cual deriva este producto dio negativo cuando se lo analizó conforme a los análisis actuales requeridos por la FDA. No existen métodos de ensayo que puedan asegurar que los productos derivados de la sangre humana no transmitirán agentes infecciosos. Vea la pestaña de Instrucciones (IFU) bajo la sección Recursos en la página del producto en [streck.com](#) para ver los análisis de sangre específicos requeridos por la FDA.
3. Este producto no se debe desechar en la basura general, sino que debe incluirse con los desechos médicos infecciosos. Se recomienda desecharlo mediante incineración.
4. Este producto está destinado a utilizarse tal como se entrega. Su adulteración mediante disolución o adición de materiales anula todo uso diagnóstico del producto.
5. Los productos de control no deben utilizarse como calibradores.
6. Puede obtener hojas de datos de seguridad (SDS) por Internet en el sitio web [streck.com](#), llamando al +1 402-691-7510 o llamando al proveedor de su localidad.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El control Para 12 Plus se mantiene estable hasta la fecha de vencimiento siempre y cuando se almacene a una temperatura entre 2 °C y 10 °C. Después de abrirla, el control Para 12 Plus es estable hasta la fecha que se indica en la ficha del ensayo después de que se abre la cápsula, si se almacena entre 2 °C y 10 °C.

INDICACIÓN DE DETERIORO DEL PRODUCTO

Si no es posible obtener los valores previstos puede deberse al deterioro del producto. El producto puede decolorarse debido a que se ha sobrecalentado o congelado durante su envío o almacenamiento. Un sobrenadante de color oscuro puede indicar deterioro del producto, pero un sobrenadante de color moderado es normal y no debe confundirse con el deterioro del producto. Si los valores recuperados no se encuentran dentro de los intervalos esperados:

1. Consulte el inserto que viene en el paquete del producto de control y el procedimiento operativo del instrumental.
2. Revise la fecha de vencimiento del control Para 12 Plus. Deseche los productos caducados.
3. Ensaye una cápsula sin abrir de Para 12 Plus. Si los valores todavía se hallan fuera del intervalo previsto, comuníquese con el Servicio Técnico de Streck llamando al +1 402-691-7510 o en línea en el sitio [technicalservices@streck.com](#) de Internet.

INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR EL ARCHIVO DE ENSAYO EN LÍNEA

1. Inserte una unidad flash USB o un disquete de 3,5 pulgadas en el ordenador.
2. En la página del producto pertinente en [streck.com](#), haga clic en el enlace del archivo de disco del ensayo con el número de lote correspondiente al que está utilizando.
3. Cuando se le indique, haga clic en "Open" (Abrir) para descargar y abrir el archivo.
4. Al abrir el archivo, haga clic en "File" ("Archivo") → "Extract All" ("Extraer todo") o "Extract All..." ("Extraer todo...").

Nota para los usuarios de Windows® 7: asegúrese de desactivar la casilla "Show extracted files when complete" ("Mostrar los archivos extraídos al terminar").

5. Siga el "Extraction Wizard" (Asistente para extracción), si corresponde. Haga clic en el botón "Browse" (Examinar) a fin de seleccionar un destino para los archivos extraídos. Seleccione la unidad flash o el disquete que se insertó en el paso 1.
6. Una vez que los archivos se hayan extraído, retire con cuidado la unidad flash o el disquete del ordenador e insértelo en el instrumental adecuado.
7. Para configurar los archivos del ensayo, consulte el manual del usuario del instrumental.

INSTRUCCIONES DE USO

Notas importantes:

- El código de barras de la etiqueta del vial es sólo para utilizarse en el CELL-DYN Ruby.
- Antes de analizar los productos de control, se debe eliminar completamente la solución CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate de la Sonda y/o Bloque de Lavado del analizador.

1. Saque los frascos de control del refrigerador y permita que lleguen a temperatura ambiente (18 °C a 30 °C) durante 15 minutos antes de usarlos.

2. Para mezclar: (**NO mezcle mecánicamente los materiales ni los agite por vórtex.**)

Para ver una demostración en video, visite [streck.com/mixing](#).

- a. Sostenga cada vial verticalmente y ruédelo entre las palmas de las manos durante 15 a 20 segundos.



Spanish (Español)

- b. Continúe mezclando; para ello sostenga el vial por los extremos entre el pulgar y otro dedo, inviértalo rápidamente 20 veces de un extremo a otro con un giro muy rápido de la muñeca.



- c. Analice inmediatamente después de mezclar. Los análisis posteriores realizados durante este período de prueba pueden realizarse invirtiendo el vial 5 veces antes del análisis instrumental.

- d. Repita los pasos a-c después de retirar la muestra del refrigerador mientras dure el período de vial abierto, independientemente del método de análisis (tubo abierto, perforación de tapón, muestra automática o muestra manual).

3. Consultar el manual del instrumental del sistema en uso para ver los materiales de control analítico.

4. Despues del muestreo, volver a colocar la tapa y regresara al refrigerador para lograr la máxima estabilidad del vial abierto. Si se opera en modo abierto, limpiar los roscados del vial y de la tapa antes de volver a colocar la tapa y ponerlo nuevamente en el refrigerador.

LIMITACIONES

No puede efectuarse un análisis diferencial manual de glóbulos blancos con el control Para 12 Plus. Los componentes de los glóbulos blancos simulan los glóbulos blancos en cuanto a tamaño, no en cuanto a morfología.

RESULTADOS PREVISTOS

Los valores medios del ensayo determinados para cada parámetro provienen tanto de análisis repetidos en instrumentos calibrados como de métodos de referencia manuales. No se efectúa corrección alguna por plasma atrapado para los valores de volumen corpuscular medio y hematocrito. Los valores de ensayo se obtienen con reactivos recomendados por los fabricantes del instrumento y deben usarse para el control del instrumental; no son ensayos absolutos de calibración. Al recibir un lote nuevo de control, las buenas prácticas de laboratorio recomiendan que cada laboratorio establezca para cada parámetro sus propios valores de media y límites. Sin embargo, los valores medios de control establecidos por el laboratorio deben encontrarse dentro del intervalo previsto que se especifica para el control. Los intervalos previstos que se indican representan estimaciones de la variación debida a distintos laboratorios, calibraciones de instrumentos, mantenimiento y técnicas de los operadores.

El usuario debe establecer los valores de ensayo y los intervalos esperados para instrumentos no indicados en la hoja de información del ensayo. Según CLSI H26-A2¹, se recomienda analizar cada nivel de control dos veces diarias durante 3-5 días a fin de establecer medios específicos de laboratorio para cada parámetro de medición.

BIBLIOGRAFÍA

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analyzers; Approved Standard – Second Edition.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Streck ofrece gratuitamente a todos los clientes el STATS®, un programa de control de calidad entre laboratorios. Si desea más información, póngase en contacto con el Departamento de STATS llamando al +1 402-691-7495 o enviando un correo electrónico a [statsdata@streck.com](#). En el sitio web [streck.com](#) encontrará más información.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Si necesita ayuda, llame a nuestro Departamento de Servicio a Clientes al teléfono +1 402-333-1982. En el sitio web [streck.com](#) encontrará más información.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Vea la pestaña de instrucciones (IFU) bajo la sección Recursos en la página del producto, en [streck.com](#).

En [streck.com/patents](#) encontrará las patentes que pueden estar relacionadas con este producto.



Streck

7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP

MEDI MARK® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNINGSMÖRÅDE

Para 12® Plus är en analyserad hematologikontroll för utvärdering av noggrannheten och precisionen av automatiska, halvautomatiska och manuella procedurer som mäter blodcellsparametrar.

SAMMANFATTNING OCH PRINCIPER

Laboratorier behöver analyserat material för kvalitetskontroll av automatiska, halvautomatiska och manuella procedurer för mätning av helblodsparametrar. Daglig användning av denna helblodskontroll ger kvalitetskontrolldata för bekräftelse av precisionen och noggrannheten av instrument eller manuella protokoll.

Användning av stabiliseringade cellpreparat för kontroll av testprotokoll är ett etablerat förfarande. När det behandlas som ett patientprov och analyseras på ett korrekt kalibrerat och fungerande instrument eller med manuella metoder, ger denna helblodskontroll värden inom det förväntade området som anges på analysbladet.

REAGENSER

Dessa helblodsreagenser kan innehålla någon eller samtliga av följande komponenter: stabiliseringade röda blodceller från mänskliga eller däggdjur, vita blodceller från mänskliga eller däggdjur, simulerade vita blodceller samt en trombocytkomponent i ett konserveringsmedium.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. För in vitro-diagnostik.
2. VAR FÖRSIKTIG: Alla blodprodukter ska behandlas som om de var potentiellt infektiösa. Källmaterialet från vilket denna produkt levereras, var negativt då det testades i enlighet med gällande FDA-krav. Inga kända testmetoder kan säkra att produkter levereras från humant blod inte överför infektiösa agenter. Se instruktionsfilen (IFU) under Resurser på produktsidan på [streck.com](#) för specifika FDA-krävda blodprov.
3. Denna produkt får inte avyttras med vanligt avfall utan skall avyttras med infektiöst medicinskt avfall. Förbränning rekommenderas.
4. Produkten är avsedd att användas som den levereras. Förlängning genom utspädning eller tillsats av material av något slag till produkten som den levereras gör all diagnostisk användning av produkten otillgänglig.
5. Kontrollprodukter skall inte användas som kalibratorer.
6. Säkerhetsdatablad kan hämtas från [streck.com](#) eller kan fås genom att ringa +1 402-691-7510 eller närmaste leverantör.

FÖRVARING OCH HÄLLBARHET

Para 12 Plus är hållbart t.o.m. angivet utgångsdatum, förutsatt att det förvaras vid 2 °C till 10 °C innan och efter öppning. När det har öppnats, är Para 12 Plus hållbart t.o.m. det datum som anges på analysbladet beträffande öppen flaska, förutsatt att det förvaras vid 2 °C till 10 °C.

INDIKATIONER PÅ PRODUKTNEBDRYTNING

Om förväntade värden inte kan erhållas kan detta vara ett tecken på produktnedbrytning. Överhettning eller nedfrysning under transport eller förvaring kan orsaka missfärgning av produkten. Mörkt färgad supernatant kan vara tecken på produktnedbrytning, medan måttligt färgad supernatant är normalt och bör inte förväxlas med produktnedbrytning. Om erhållna värden inte faller inom förväntade områden:

1. Studera kontrollprodukternas bipacksedel och bruksanvisningen för instrumentet.
2. Kontrollera utgångsdatum för produkten på flaskan. Kassera produkter som överskridit utgångsdatum.
3. Analysera en öppnad flaska av kontrollen. Om värdena fortfarande ligger utanför förväntat område, kontakta Streck teknisk service på +1 402-691-7510 (inom U.S.A.) eller on-line på [technicalservices@streck.com](#).

ANVISNINGAR FÖR ONLINE-HÄMTNING AV ANALYSFIL

1. Sätt in en tom USB-flashdisk eller 3½-tums diskett i datorn.
2. På tillämplig produktsida på [streck.com](#), klicka på länken för den analydiskfil som har det lotnummer som motsvarar den lot som du använder.
3. När du blir anmadd att göra det, klicka på "Open" (öppna) för att hämta och öppna filen.
4. När filen har öppnats, klicka på "File" (Arkiv) → "Extract All" (Extrahera alla) eller "Extract All..." (Extrahera alla...)
- Obs! Användare av Windows® 7 – Se till att ruta med texten "Show extracted files when complete" ("Öppna mappen när filerna har extraherats") är avmarkrad.
5. Följ guiden "Extraction Wizard" (extraheringsguiden), om tillämpligt. Klicka på knappen "Browse" (bläddra) för att välja en extraheringsdestination. Välj den flashdisk eller diskett som sätts in i steg 1.
6. När filerna har extraherats, avlägsna flashdisken eller disketten från datorn på säkert sätt och sätt in den i lämpligt instrument.
7. Se handboken till instrumentet för information om inställning av analysfilen.

BRUKSANVISNING

OBS:

- Flaskans etiketts streckkod får bara användas på CELL-DYN Ruby.
 - CELL-DYN Enzymatic Cleaner Concentrate lösning måste totalt borttagas från analysatorns tvättblock och/eller sond innan kontrollprodukterna körs.
1. Ta ut kontrollflaskor från kylskåpet och värm upp dem till rumstemperatur (18 °C till 30 °C) i 15 minuter före användning.
 2. Blanda innehållet: (Blanda INTE på mekaniskt sätt eller vortexblanda.)

För att se en videodemonastration, besök [streck.com/mixing](#).

a. Håll flaskan lodrätt och rulla varje flaska mellan handflatorna i 15-20 sekunder.



Swedish (Svenska)

- b. Fortsätt att blanda genom att hålla flaskan vid ändarna mellan tummen och ett finger, och vänd flaskan snabbt 20 gånger med en snabb vridande rörelse av handleden.



- c. Analysera produkten omedelbart efter blandning. Efterföljande analyser under denna analysperiod kan utföras genom att vända flaskan 5 gånger före instrumentanalys.
- d. Stegen a-c måste upprepas efter att provet tagits ut ur kylskåp under hela öppen-flaskperioden, oberoende av analysmetod (öppet rör, genomstuckenhatt, automatiskt prov eller manuellt prov).
3. Se instrumenthandboken för det system som används beträffande analys av kontrollmaterial.
4. Efter provtagningen skall flaskan sättas tillbaka i kylskåpet för att få bästa hållbarhet för öppen flaska. Om provet körs i öppet läge skall gångorna på både flaskan och hatten torkas av innan hatten sätts på igen och flaskan sätts tillbaka i kylskåpet.

BEGÄRNSNINGAR

Det går inte att utföra en manuell differentialanalys av vita blodceller med denna produkt. De vita blodcells komponenterna simulerar vita blodceller i storlek, inte i morfologi.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

De analysmedelvärden som ges för varje parameter har erhållits från replikatanalyser på kalibrerade instrument samt från manuella referensmetoder. MCV och hematokrit värden korrigeras inte för kvarvarande plasma. Analysvärden har erhållits med användning av reagenser som rekommenderats av instrumenttillverkare och skall användas för instrumentkontroll; de är inte absoluta analyser för kalibrering. När ett nytt kontrollparti tas emot, bör varje laboratorium fastställa sina egna medelvärden och gränser för varje parameter. De kontrollvärden som fastställs av laboratoriet skall dock falla inom det förväntade området som specificeras för kontrollen. De förväntade områden som anges representerar uppskattningar av variationer som beror på olika laboratorier, instrumentkalibrering, underhåll och operatörsteknik.

Analysvärden och förväntade områden för instrument som inte finns angivna på analysbladet måste fastställas av användaren. Enligt CLSI H26-A2 rekommenderas att varje kontrollnivå körs två gånger per dag under 3-5 dagar för att fastställa individuella laboratoriemedelvärden för varje mätstorhet.

REFERENSER

1. Clinical Laboratory Standards Institute, H26-A2, Validation, verification, and quality assurance of automated hematologic analyzers; Approved Standard – Second Edition.

PROGRAM FÖR KVALITETSKONTROLL

Streck erbjuder alla kunder kostnadsfritt **STATS®**, ett interlaboratorieprogram för kvalitetskontroll. Om du vill ha mer information, kontakta avdelningen för **STATS** på +1 402-691-7495 eller [statsdata@streck.com](#). Ytterligare information finns på [streck.com](#).

ORDERINFORMATION

Kontakta Customer Service-avdelningen på +1 402-333-1982 för assistans. Ytterligare information finns on-line på [streck.com](#).

ORDLISTA ÖVER SYMBOLER

Se Instruktionsfilen (IFU) under Resurser på produktsidan på [streck.com](#).

Se [streck.com/patents](#) för information om patent som kan omfatta denna produkt.



EC REP
MEDI MARK® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350407-24
2020-03